

ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU

Číslo výkonu:

81239

Autorská odbornost:

(801) klinická biochemie

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Vyšetření morfologie erytrocytů v moči fázovým kontrastem pro rozlišení hematurie glomerulární a non-glomerulární

Čím výkon začíná:

Vydáním odběrových zkumavek pacientovi. Pacient se musí osobně dostavit do laboratoře - je důležité zpracování čerstvě vymočeného vzorku.

Obsah a rozsah výkonu:

Pacient se vymočí do odběrové nádoby, která je ihned předána ke zpracování. Dále je proveden zápis požadavku na vyšetření do laboratorního informačního systému. Moč je rozdělena do dvou podílů. Zkumavky s močí se centrifugují, supernatant se odsaje, sediment se po resuspendování aplikuje mikropipetou na podložní sklíčko a zakryje krycím sklíčkem. Sklíčko se umístí do mikroskopu. Přípravu vzorku a komunikaci s pacientem provádí sestra/laborant (10 minut). Lékař provede pod mikroskopem diferenciaci a zhodnocení morfologie erytrocytů obou vzorků. Lékař vypracuje zprávu o výsledku vyšetření a předá ji k expedici.

Čím výkon končí:

Archivací výsledku.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 1/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 25

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Mikroskop se zástinovým kondenzorem

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Výkon nebyl při kultivaci SV upravován a byl značně podhodnocen.

Posouzení medicínské efektivity:

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích:

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
706	urologie	3,93

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	S2	laborant, sestra	5	10		0,00
10	L3	proškolen k výkonu	5	15		140,77
Celkem:						140,77

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
M1499	Špička pipetovací		2	ks	1,30	2,60
A008113	Pipeta Pasteurova 1,5 ml nesterilní		2		1,00	2,00
A008132	Sklo mikroskopické krycí /22x22 mm/		2		0,45	0,90
A008133	Sklo mikroskopické podložní broušené		2		2,40	5,81
A008162	Zkumavka 10 ml PS		2		0,60	1,45
M1504	Nádobka odběrová na moč s víčkem		1	ks	3,76	3,76
Celkem:					9,51	16,52

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0,00	0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
A001589	Sumátor buněk	6	840	4	100,00 %	16 800,00	1,91
A001509	Kondenzor zástinový	6	1000	4	100,00 %	20 000,00	2,28
A001533	Mikroskop světelný imerzní - střední třída	6	10000	4	100,00 %	200 000,00	22,76
Celkem:						236 800,00	26,94

ZUM:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé	Režijní	Celkem
	184	82,00	266