


Váš dopis ze dne 24. února 2021

Praha 11. března 2021



Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 24. února 2021, evidované pod č. j.: [redacted] ve věci dotazu: *na základě jakého rozhodnutí, výjimky je tedy nařízení používat mimo jiné i respirátory KN 95 které by legálně v ČR ani neměli být? Pokud by teoreticky KN 95 byl legálně prodáván, jak pak může splňovat normu ČSN EN 14683+AC když je testován jinak než FFP2*, Vám sdělujeme následující:

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN bylo nahrazeno mimořádným opatřením č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, které s účinností od dne 1. března 2021 od 0:00 hod. **do odvolání** tohoto mimořádného opatření v části I. bodě 1. **zakazuje** pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je **respirátor** nebo **obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)**, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Výše uvedené mimořádné opatření nestanovuje konkrétní produkty, např. s označením FFP2, KN95, N95 atp., tedy specifikuje jen minimální rámec, které musí produkt naplnit. Tato forma byla zvolena z důvodu širokého spektra produktů na českém trhu, jež





naplňuje celosvětově uznávané normy. Dle našich informací se na českém trhu vyskytují produkty naplňující normy Australského společenství, Japonska či Jižní Koreji.

Pro kompletnost uvádíme seznam nejběžnějších norem pro respirátory a polo-/celo-masky.

1. norma EN 149 (Evropská unie),
2. norma GB 2626 (Čínská lidová republika),
3. norma NIOSH-42CFR84 (USA, Kanada),
4. norma AS/NZ 1716:2021 (Australské společenství/Nový Zéland),
5. norma KMOEL – 2017-64 (KF94),
6. norma JMHLW-Notification 214, 2018 (Japonsko).

Pro více informací k materiálu s názvem „Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ (<https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/1/Pruvodce-zaklady-regulace-oblicejovych-masek--jako-zto-OOP-a-ZP.pdf>) uvádíme, že respirátory patří mezi osobní ochranné prostředky a jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu nikoli v gesci Ministerstva zdravotnictví, z daného důvodu doporučujeme se obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věcně příslušným orgánem v této věci.

S pozdravem

