

## SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)

Číslo výkonu:  
**25211**

Autorská odbornost:  
**(999) univerzální mezioborové výkony**

### **Popis:**

*(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF. Signalizuje potřebu dalších vyšetření - kombinace s jinými výkony spirometrie není možná.

### **Čím výkon začíná:**

Příprava přístroje.

### **Obsah a rozsah výkonu:**

Zápis dat vyšetřovaného, kontrola dokumentace. Rozhovor s vyšetřovaným. Nasazení náústku, vysvětlení dechového manévru. Změření minimálně tří pokusů. Odečtení maximálních hodnot měřených dat. Výpočet odvozených parametrů (FEV%, příp. dalších). Porovnání referenčních hodnot se změřenými (výpočet % rozdílu). Vypracování písemného protokolu a zápis do dokumentace.

### **Čím výkon končí:**

Popis výsledků a jejich zhodnocení lékařem, vydání zprávy s doporučením dalšího postupu k podrobnějšímu osvětlení ventilační poruchy. Dezinfekce přístroje.

**Kategorie:** P - hrazen plně;

**Omezení místem:** AOD - pouze ambulantně - agregován do OD

**Omezení frekvencí:** 2/1 den

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 20

### **Podmínky:**

*(Pokud je omezení místem "S",  
popište, čím je pracoviště specializované.)*

### **Důvod změnového řízení:**

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,  
doplňte čísla původních výkonů.)*

**Posouzení medicínské efektivity:**

### **Ekonomický dopad:**

*(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)*

**Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:**

**Způsob úhrady v dalších zemích:**

**Další odbornosti:**

Kód	Název	Režie

#### Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L2	vyšetřující	3	5		21,9384
<b>Celkem:</b>						<b>21,94</b>

#### Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A000331	Filtr k monitoraci		1		40	40
A000347	náušek		0,008		50	0,4
<b>Celkem:</b>						<b>90,00 40,40</b>

#### Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
<b>Celkem:</b>							<b>0,00 0,00</b>

#### Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
A008345	Spirometr v ceně 15 000	5	750	4	100,00 %	15 000,00	1,30
<b>Celkem:</b>							<b>15 000,00 1,30</b>

#### ZUM:

Kód      Název

Položky mimo číselník

Název      Popis

#### ZULP:

Kód      Název

Položky mimo číselník

Název      Popis

---

<b>Body</b>	<b>Přímé 64</b>	<b>Režijní 64</b>	<b>Celkem 127</b>
-------------	---------------------	-----------------------	-----------------------