



V Praze dne 18. března 2019  
Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

*Přístroj:* **SPECT / CT** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Pelhřimov / Kraj Vysočina

*Žadatel:* **Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace**

*Adresa:* Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 16 hlasů pro)*

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Stávající diagnostické zařízení z roku 2011 je již na kraji fyzické i morální životnosti. Obměna za nový přístroj je nutná z hlediska vyčerpání pracoviště. Pracoviště provádí plánovanou, ale i akutní vyšetření pro hospitalizované pacienty, ale i pro pacienty řady ambulantních specialistů.*

*Výpadek kapacity diagnostického přístroje v nemocnici by omezil přístup pacientů ke specializovaným metodám, které nemůže nabídnout ambulantní provoz. Výhodné se jeví při obměně stávajícího přístroje zejména možnost sledovat trend snižování radiační zátěže pacientů při zachování rozsahu současné péče.*





**Žadatel:** **Nemocnice Pelhřimov**

**Přístrojové zařízení:**

**SPECT/CT**

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% 1 381 1 519  
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%  
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 15,8  
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat) 5,9  
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min] 120

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	85	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

