



V Praze dne 13.června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Svitavy / Pardubický kraj

Žadatel: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 15 hlasů)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Komise již projednala a doporučila dne 14. 7. 2016. Jde o obnovu přístrojového vybavení oddělení radiodiagnostiky NPK, a.s. Svitavská nemocnice – pracoviště CT. Pracoviště je jediné v regionu, poskytuje nepřetržitý provoz, zajišťuje dostupnost diagnostiky pro lůžková oddělení i ambulantní složku.

Stávající CT přístroj byl vyroben v r. 2007. Pořízení nového přístroje je nutné k udržení kontinuity dostupnosti CT vyšetření v regionu. Nové technologie současně povedou ke snížení radiační zátěže pacientů, zvýšení rychlosti vyšetření, zlepšení výtěžnosti vyšetření a snížení provozních nákladů, umožní i nové diagnostické přístupy. Náklady na servis se nemění jen díky full-servisní smlouvě, narůstá počet poruch s výpadkem provozu. Pracovní konzola je vybavena softwarem, který je již zastaralý a nejsou pro něj dostupné aktualizace. Diagnostické protokoly v některých případech neumožňují soulad s novými Národními radiologickými standardy.

Dostupnost této vyšetřovací metody je nezbytná pro zajištění poskytování akutní péče jak pro hospitalizované, tak ambulantní pacienty z regionu Svitavska a Moravskotřebovska (cca 65 000 obyvatel).





Žadatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. do Svitav					
Přístrojové zařízení:	výpočetní tomografie (CT)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	60	40
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

