



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **MOBILNÍ RTG S C-RAMENEM** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 14 hlasů, 2 se zdrželi)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení mobilního rentgenového přístroje s C-ramenem s rozšířením o možnost kvalitního zobrazení aorty a periferních tepen a provádění hybridních výkonů v oblasti kardiovaskulární chirurgie.

Důvodem obnovy je výměna zastaralého a velmi poruchového přístroje Arcadis Avantic výrobce Siemens, který je již za hranicí životnosti a nespĺňuje současné kvalitativní požadavky. V provozu je od roku 2009.

Nový rentgenový přístroj bude zajišťovat kvalitní a přesnou diagnostiku a léčbu, zlepší work-flow na operačních sálech, zvýší komfort a sníží dávky pro pacienta a obsluhující personál. Další oblastí, kde je tento přístroj rutinně využíván jsou neuromodulace.





| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Žadatel: | Všeobecná fakultní nemocnice | | | | | |
| Přístrojové zařízení: | mobilní RTG přístroj s C-ramenem | | | | | |
| Průměr ČR (výšeřízení/rok) roční nárůst 10% | | | | | | |
| Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10% | | | | | | |
| Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS | 78,8 | | | | | |
| Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat) | | | | | | |
| NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min] | 45 | | | | | |
| | ANO | NE | váha ano | váha ne | přepočtené ano | přepočtené ne |
| Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR? | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad | | | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit | | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění? | | 1 | Absolutní | | | |
| | | | 100 | 100 | 65 | 0 |
| Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 | ANO | | | | | |
| Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění | NEPRAVDA | | | | | |
| Doporučení k nákupu zdravotnické technologie | ANO | | | | | |

