



V Praze dne 13. června 2019  
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

*Přístroj:* **NEUROCHIRURGICKÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice v Motole**

*Adresa:* V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: pro 16 hlasů)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Předmětem žádosti je obnova neuronavigačního systému pro Klinikou neurochirurgie dětí a dospělých. Přístroj nahradí na Centrálních operačních sálech stávající systém z roku 2005, který je již bez servisní podpory, nespĺňuje požadavky chirurgů pro neurochirurgické operace a požadavky dle zákona č. 268/2014 Sb.*

*Důvodem obnovy je nutnost řešit stávající havarijní stav a zároveň modernizaci navigačního systému na Centrálních operačních sálech. K navigaci je v současné době používán systém Vector Vision z roku 2005. Přístroj patří k nezbytné výbavě při nejnáročnějších a nejvíce přesnost vyžadujících neurochirurgických operacích. Nový typ navigace umožní nejen výrazné zlepšení zobrazení a zvýšení přesnosti, ale i rozšíření o možnost spinální navigace. Systém bude dále využíván v rámci Kliniky epileptochirurgie.*





**Žadatel:** **Fakultní nemocnice v Motole**

**Přístrojové zařízení:** **neurochirurgický navigační systém**

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD  
dle dostupnosti dat)

NARÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb  
307/2012 Sb. [min]

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoké specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využít stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využít nově pořízovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	50	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

