



V Praze dne 13. června 2019
Č.j.: MZDR 21912/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 9. KVĚTNA 2019

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ PŘÍSTROJ (4 DETEKTORY) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Ostrava- Vítkovice / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Vítkovická nemocnice a.s.**

Adresa: Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava- Vítkovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: pro 16 hlasů)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Román Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Vítkovická nemocnice a.s. žádá o schválení obnovy digitální skiagrafické vyšetřovny se 4 detektory. Jedná se o obnovu stávajícího přístroje bez nároků na zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven.

Nový přístroj nahradí stávající konvenční skiagrafickou vyšetřovnu (generátor CPI CMP 200 z roku 2006 a stůl Tablix C, Chirana z roku 2003), která nespĺňuje současné kvalitativní požadavky.





Žadatel:	Vítkovická nemocnice a.s. (AGEL a.s.)					
Přístrojové zařízení:	skiografický přístroj se 4 detektory					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	78,8					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	50	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

