



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Ústav leteckého zdravotnictví Praha**

Adresa: Generála Píky 229/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je instalace a provozování magnetické rezonance v prostorách ÚLZ. Plánované využití je pro detailní posouzení zdravotní způsobilosti pilotů Armády České republiky a současně pro civilní letecký personál, zaměstnance Řízení letového provozu, stávající pacienty Ústavu a pro ostatní obyvatele ze spádové oblasti.

Velmi významným faktorem je i snížení radiační zátěže při opakovaných vyšetření zejména mladých lidí. Posádky letadel jsou vystaveny vyšší radiační zátěži, než zaměstnanci jaderných elektráren, což u nich zvyšuje riziko rakoviny a šedého zákalu. Kromě pilotů je zájem diagnostikovat na MR i další příslušníky Armády ČR, jako např. potápěče, výsadkáře nebo příslušníky speciálních sil. Jedná se o standardní vybavení obvyklé u evropských armád.

Část úhrad za provedená vyšetření (např. vstupní prohlídky) nebude hrazena z prostředků veřejného zdravotnictví.





Žadatel:	ÚLZ, Praha					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 554	3 909				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%	17749046	19 523 951				
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	55	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



