



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **PET / CT** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Román Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístroje PET/CT z roku 2010, který je na hraně očekávané životnosti a snižuje se jeho provozní spolehlivost. S obnovou přístroje žadatel nepředpokládá výraznější navýšení produkce, cílem je především zachování provozu.

Žadatel:		VFN				
Přístrojové zařízení:		PET/CT				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		1408	1548,8			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		20434132	22477545			
Počet PET/CT + PET na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		0,8				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí technického vybavení centra specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		30	30	30	0
Má žadatel další obdobný přístroj ve ZZ nebo je v blízkém okolí	1		15	15	0	15
Je roční úhrn výkonů na přístroji z řádku 4 o 10% větší než průměr		1	15	10	0	10
Je u nově pořizovaného přístrojového vybavení předpokládán počet výkonů větší než průměr	1		15	15	15	0
Je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	5	20	0	20
Má žadatel zajištěno financování pořizovaného přístrojového vybavení (pořízení a provozní náklady)	1		20	10	20	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	45
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

