



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

*Přístroj:* **HYPERBARICKÁ KOMORA** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Ostrava / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Městská nemocnice Ostrava, p.o.**

*Adresa:* Nemocniční 898/20 A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova již nevyhovujícího zastaralého zařízení na hranici životnosti. Stávající hyperbarická komora byla vyrobena ve Vítkovických železárnách Ostrava v roce 1965, a v letech 1993-1995 a 2007-2008 byl proveden upgrade.

Centrum hyperbarické medicíny zajišťuje kompletní spektrum současně uznávaných indikací dle platné vyhlášky (Vyhl. MZ ČR č. 331/2007 Sb.). Jako jedno z mála pracovišť v ČR a střední Evropě poskytuje hyperbarickou oxygenoterapii v režimu resuscitační/intenzivní péče, a to zejména pro dětské pacienty.

| Žadatel:  | Městská nemocnice Ostrava |    |           |         |                |               |
|---|---------------------------|----|-----------|---------|----------------|---------------|
| <b>Přístrojové zařízení:</b>  | hyperbarická komora       |    |           |         |                |               |
| Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%  |                           |    |           |         |                |               |
| Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%   |                           |    |           |         |                |               |
| Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS  |                           |    |           |         |                |               |
| Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)                                      |                           |    |           |         |                |               |
| NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]  |                           |    |           |         |                |               |
|   | ANO                       | NE | váha ano  | váha ne | přepočtené ano | přepočtené ne |
| Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR? | 1                         |    | 25        | 25      | 25             | 0             |
| Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.                                |                           |    | 25        | 25      | 0              | 0             |
| Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad                 |                           |    | 20        | 20      | 0              | 0             |
| Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit                         | 1                         |    | 15        | 15      | 0              | 15            |
| Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR                                  | 1                         |    | 15        | 15      | 15             | 0             |
| Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?  |                           | 1  | Absolutní |         |                |               |
|   |                           |    | 100       | 100     | 40             | 15            |
| Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5   | ANO                       |    |           |         |                |               |
| Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění  | NEPRAVDA                  |    |           |         |                |               |
| Doporučení k nákupu zdravotnické technologie  | ANO                       |    |           |         |                |               |

