



Formuláře žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

Kategorie I:

Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem

Žadatel	1	Žadatel	Fakultní nemocnice Olomouc
	2	IČ	00098892
	3	Zřizovatel	Ministerstvo zdravotnictví ČR
	4	Adresa	I. P. Pavlova 185/6, Olomouc
	5	Statutární zástupce	██
	6	Telefon	██████████
	7	E-mail	██
Přístroj	8	Typ přístroje	Operační mikroskop pro neurochirurgickou operativu
	9	Technická specifikace	Viz samostatná příloha č. 1
	10	Výrobce	Potenciální výrobci a dodavatelé: V rámci průzkumu trhu byli osloveni tyto potenciální dodavatelé, výrobci: Carl Zeiss spol. s r.o. B.Braun Medical s.r.o. KARL STORZ GmbH & Co. KG Nabídku v rámci průzkumu trhu podaly: Carl Zeiss spol. s r.o.



			B. Braun Medical s.r.o.
	11	Účel provozu	Neurochirurgické výkony
	12	Životnost	Min. 8 let
Potřeba	13	Využití u poskytovatele	Neurochirurgické výkony
	14	Návaznost na obory	neurologie, onkologie, traumatologie, dětské lékařství, rehabilitace, výzkumné aktivity FN Olomouc
	15	Součást specializovaného centra	Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Olomouc
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	Mimo Fakultní nemocnici Olomouc není v blízkém okolí operační mikroskop vhodný pro neurochirurgickou operativu.
	17	Spádová oblast, populace	Olomoucký kraj (634 tis. obyvatel), okrajové oblasti Zlínského a Moravskoslezského kraje (cca 200 tis. obyvatel)
Náklady na provoz	18	Sumární platby ZP v uplynulém roce	413 131 Kč Jedná se o součet korunových hodnot výkonů (bod= 0,90 Kč).
	19	Sumární platby ZP za poslední 3 roky	1 244 704 Kč Jedná se o součet korunových hodnot výkonů (bod= 0,90 Kč)
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	34 428 Kč Jedná se o součet korunových hodnot výkonů (bod= 0,90 Kč)



	21	Počet výkonů/měsíc	218 výkonů Jeden výkon = 15 minut
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	36 pacientů
	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	158 Kč Jedná se o součet korunových hodnot výkonů (bod= 0,90 Kč) Náklad na použití operačního mikroskopu a 15 minut
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	956,30 Kč Jedná se o součet korunových hodnot výkonů (bod= 0,90 Kč) Průměrná váha 1 hospitalizačního případu, kdy byl použit operační mikroskop na NCH je cca 3,11, při základní sazbě 35 500 je průměrná hodnota celého hospitalizačního případu 110 405 Kč. Zpravidla se jedná o baze: 0101 Kraniotomie 0803 Fuze páteře, ne pro deformity 0810 Výkony na zádech a krku, kromě fuze páteře
	26	Smlouvy se ZP	Všechny ZP - 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213
Pořizovací cena	27	Nákupní cena	Dle výsledků průzkumu trhu byla stanovena pořizovací cena a zároveň předpokládaná hodnota pro veřejnou zakázku, a to ve výši 15.488.000,-Kč včetně DPH - více viz příloha č. 2



28	Roční náklady na servis	V rámci průzkumu trhu bylo požádáno o vyčíslení servisních nákladů – roční náklady na servis stanoveny z průzkumu trhu a činí 54.450,- Kč včetně DPH.
29	Ostatní nezbytné náklady	Nejsou.
30	Roční náklady na spotřební materiál	V rámci průzkumu trhu bylo požádáno o vyčíslení nákladů na spotřební materiál za 1 výkon. Byla vyčíslena cena za 1 výkon ve výši 907,50Kč včetně DPH., při plánovaném počtu 1000 - 1200 výkonů za rok činí roční náklady 907 500 Kč – 1 089 000 Kč včetně DPH.
31	Způsob financování	Vlastní zdroje FNOL
32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	<p>V rámci průzkumu trhu byli osloveni tito potenciální dodavatelé, výrobci:</p> <p>Carl Zeiss spol. s r.o.</p> <p>B.Braun Medical s.r.o.</p> <p>KARL STORZ GmbH & Co. KG</p> <p>Nabídku v rámci průzkumu trhu podaly:</p> <p>Carl Zeiss spol. s r.o.</p> <p>B.Braun Medical s.r.o.</p> <p>Předpokládaná hodnota na dodávku operačního mikroskopu činí 15.488.000,- Kč včetně DPH, tj. 12.800.000,-Kč bez DPH a byla stanovena jako hodnota odpovídající nabídkové ceně společnosti Carl Zeiss spol. s r.o., která jako jediná podala</p>



			v rámci průzkumu trhu nabídkovou cenu za přístroj tak, jak bylo požadováno. Nabídka společnosti B.Braun Medical s.r.o. nesplnila požadovanou specifikaci, tudíž nebyla do výsledku průzkumu trhu zahrnuta.
Personální zajištění	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	Podrobně uvedeno ve Studii proveditelnosti – příloha č. 3.
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	Ne.
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	Ne.

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace přístroje

Příloha č. 2 Průzkum trhu

Příloha č. 3 Studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Tabulka žadatel/zdravotní pojišťovny

Příloha č. 5 Čestné prohlášení žadatele

V Olomouci dne: 19/8/2019

FAKULTNÍ NEMOCNICE OL
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

Podpis osoby oprávněné jednat za žadatele:

Žádost včetně povinné přílohy se zasílá v písemné formě na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotních služeb, [redacted], Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail:

[redacted]

[redacted] [redacted]