



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

*Přístroj:* **OPERAČNÍ MIKROSKOP PRO NEUROCHIRURGII**  
– OBNOVA

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj


*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Ostrava**

*Adresa:* 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 15 hlasů pro odložení, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova morálně a technicky zastaralého přístroje OME 5000. Olympus, z roku 2000 nebo Opton, Opton GmbH, z roku 1990 pro operační sály Neurochirurgické kliniky. Nový přístroj má přinést zkvalitnění užitečných vlastností (intraoperační zvětšení a zobrazení operačního pole).

Konečné rozhodnutí Komise bylo odloženo z důvodu upřesnění, který přístroj hodlá nemocnice obnovit; v žádosti jsou uvedeny dva.

Žadatel:	Fakultní nemocnice Ostrava					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	operační mikroskop pro neurochirurgii					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS						
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]						
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.			25	25	0	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	15
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

