



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

*Přístroj:* **ANGIOGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ** (sál 1) – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Třinec / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Podlesí, a.s.**

*Adresa:* Konská 453, 739 61 Třinec

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje OMEGA CS – 20 z roku 2005, který je využíván pro potřeby komplexního kardiiovaskulárního centra. Stávajícímu přístroj končí po patnácti letech provozu servisní podpora a současně již nevyhovuje požadavkům atomového zákona.

Žadatel:	Nemocnice Podlesí, a.s.					
Přístrojové zařízení:	angiografický RTG přístroj (sál č. 1)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	1 468	1 615				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	12,3					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	85	15
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

