



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ** – OBNOVA

Území (město/kraj): Hodonín /Jihomoravský kraj

Žadatel: **Nemocnice TGM Hodonín, p.o.**

Adresa: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje Proteus XR z r. 2002, který je již morálně i fyzicky opotřebený a technicky nevyhovující. Od nového přístroje je očekáváno snížení poruchovosti a zkvalitnění diagnostiky.

Žadatel:		Nemocnice TGM Hodonín, p.o.				
Přístrojové zařízení:		skiagrafický RTG přístroj				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	78,8					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

