



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

*Přístroj:* **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT)** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Nové Město na Moravě / Kraj Vysočina


*Žadatel:* **Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.**

*Adresa:* Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči

### Odůvodnění:

*Předmětem žádosti je výměna stávající CT Aquilion 64, Toshiba z roku 2010. Jedná se o jediný přístroj v nemocnici, který je využíván v režimu 24/7 pro potřeby nemocnice a spádového území. Přístroj je nezbytně nutný k zajištění péče o pacienty na urgentním příjmu, pacienty iktového centra a ostatní pacienty ze spádového území. Důvodem pořízení nového přístroje je morální a technické opotřebení stávajícího.*

<b>Žadatel:</b>	<b>Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.</b>					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>výpočetní tomografie (CT)</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>váha ano</b>	<b>váha ne</b>	<b>přepočtené ano</b>	<b>přepočtené ne</b>
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	100	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	<b>ANO</b>					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	<b>NEPRAVDA</b>					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	<b>ANO</b>					

