



V Praze dne 25. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

*Přístroj:* **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT)** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Sokolov / Karlovarský kraj

*Žadatel:* **NEMOS SOKOLOV, s.r.o.** (*Penta Hospitals CZ, s.r.o.*)

*Adresa:* Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(*hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo*)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu CT Somatom Emotion 16, instalovaného v roce 2008. Jeho další oprava, která mimo jiné zahrnuje výměnu RTG lampy a VN trafa v hodnotě cca 3 mio Kč bez DPH, je, vzhledem k jeho stáří nerentabilní. CT je již fyzicky i morálně zastaralé. CT Somatom bylo základním RTG diagnostickým přístrojem v Nemocnici Sokolov 11 let. Stávající přístroj již také nevyhovuje aktuálním požadavkům na snížení radiační zátěže.

Žadatel:	Nemocnice Ivančice, p.o.					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>výpočetní tomografie (CT)</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>váha ano</b>	<b>váha ne</b>	<b>přepočtené ano</b>	<b>přepočtené ne</b>
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	20
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	<b>ANO</b>					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	<b>ANO</b>					

