



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Ivančice / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Nemocnice Ivančice, p.o.**

Adresa: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 15 hlasů pro odložení, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je schválení obnovy morálně a technicky opotřebovaného CT přístroje, který je v provozu 11 let. Nový přístroj nahradí stávající CT přístroj, který je již na hranici životnosti. Současný CT přístroj Siemens Somatom Emotion 16 byl instalován v r. 2008. Nevyhovuje již současným požadavkům na nižší dávku radiačního záření, rychlost a zpracování obrazových dat. Od roku 2016 je provoz dosluhujícího přístroje podmíněn 75% nárůstem ceny za servis. Pořízením nového přístroje dojde k podstatnému zrychlení a zkvalitnění diagnostiky pro požadavky nemocniční a ambulantní péče.

Konečné posouzení žádosti bylo odloženo s tím, že nemocnice upřesní personální zabezpečení pracoviště. V žádosti (studie proveditelnosti) uvedený primář RDO je dle informací členů Komise současně uváděn i v jiných zařízeních.

Žadatel:	Nemocnice Ivančice, p.o.					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>výpočetní tomografie (CT)</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	60
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

