



V Praze dne 25. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)**
– OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova/upgrade MR Signa HDxt, GE Healthcare o síle základního magnetického pole 1,5T, instalovaného a uvedeného do provozu 20.února 2009.

Přístroj slouží pro zajištění rutinního diagnostického provozu (prakticky nepřetržitý provoz). Po dobu celého provozu nebyla provedena na této MR technologii žádná modernizace. S ohledem na stáří tohoto systému 10 let, je nutná jeho modernizace nebo nahrazení novým přístrojem, a to z důvodů časového opotřebení zastaralé technologie, které má za následek zvýšenou poruchovost a tím i zvyšování finančních nákladů na udržení zařízení v provozu s dodržáním kvalitativních parametrů.

Žadatel:	FNKV, Praha					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 554	3 909				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%	17749046	19 523 951				
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	35
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

