



V Praze dne 30. listopadu 2019

Č.j.: MZDR 49503/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **EUC Klinika Ostrava a.s.**

Adresa: Opavská 962/39, 708 00 Ostrava

Stanovisko komise: **NEDOPORUČENO**

(hlasování: 0 hlasů pro, 11 proti, 6 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení magnetické rezonance. Klinika poskytuje široké spektrum služeb, které stále rozšiřuje. Velkým problémem se jeví nedisponování vlastním MR přístrojem a klinika tak musí posílat své pacienty na vyšetření na různá pracoviště v okolí, což výrazně snižuje komfort a požadavek na komplexní zajištění péče pro své pacienty. Dalším negativním faktorem je dostupnost termínů v okolních zdravotnických zařízeních (3 – 4 měsíce), což je z hlediska včasné diagnostiky nedostačující. Kromě služeb poskytovaných vlastními pracovišti zajišťuje i služby prostřednictvím nájemníků (kardiovaskulární centrum, kardiologie, ortopedie, gastroenterologie), kteří vyšetření na MR také požadují.

V Moravskoslezském kraji probíhá restrukturalizace nemocnic. VZP ČR eviduje požadavky na navýšení počtu MR vyšetření v kraji. VZP chce kapacitu v regionu navýšit. Komise projednala několik žádostí na umístění pracovišť magnetické rezonance v regionu (Ostrava, Karviná, Havířov), VZP ČR preferuje zřízení nového pracoviště MR v Havířově.





Žadatel:	EUC Klinika Ostrava a.s					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 554	3 909				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%	17749046	19 523 951				
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	55	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

