



V Praze dne 30. listopadu 2019
Č.j.: MZDR 49503/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

Přístroj: **HYBRIDNÍ SKENER PET/CT** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Liberec / Liberecký kraj

Žadatel: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

Adresa: Husova 357/10, 460 01 Liberec

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 proti, 3 se zdrželi)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení hybridního skeneru PET/CT. V rámci Libereckého kraje disponuje nemocnice největším oddělením nukleární medicíny s přirozenou spádovostí přesahující hranice kraje. Ročně je k vyšetření přijato průměrně 1850 pacientů.

Na novém přístroji budou vyšetřováni především pacienti s nejrůznějšími onkologickými indikacemi při diagnostice nových lézí a pro verifikaci účinnosti onkologické léčby. Nemocnice předpokládá vyšetřování především značenou fluorodeoxyglukosou, v omezené míře pro hodnocení kostních metastáz karcinomu prostaty vyšetření značeným cholinem. Přístroj tohoto typu a účelu v Libereckém kraji není instalován. Nejbližšími pracovišti jsou Ústí nad Labem, Praha a Hradec Králové.

Česká onkologická společnost ČLS JEP umístění hybridního skeneru PET/CT v Komplexních onkologických centrech doporučuje.





Žadatel:	Krajská nemocnice Liberec, a.s					
Přístrojové zařízení:	PET/CT					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	1408	1548,8				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%	20434132	22477545				
Počet PET/CT + PET na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	0,8					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.			25	25	0	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	60	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

