



V Praze dne 30 listopadu 2019

Č.j.: MZDR 49503/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

Přístroj: **MAMOGRAF** – OBNOVA

Území (město/kraj): Krnov / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.**

Adresa: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Důvodem obnovy je havárie mamografického RTG přístroje Mammomat Inspiration, Siemens z roku 2012, který zajišťoval mamografické vyšetření pro oblast okresu Bruntál a část okresu Jeseníku, kde žije cca 110 000 občanů. Tento přístroj zajišťoval jak diagnostickou, tak i screeningovou mamografii. Screening je prováděn na detašovaném pracovišti Slezské nemocnice Opava v Krnově. Zajištění screeningu v Krnově zvyšuje záchyt pacientek, které nemusí dojíždět až do Opavy nebo do Šumperku. Je zde i přímá návaznost na mamologickou ambulanci.

Přístroj by byl v roce 2020 již 8 let v provozu, což je povinná lhůta obměny mamografických přístrojů, používaných pro screening. Cena opravy by přesáhla částku 3 mil. Kč (detektor, POWER CABINET, ...), byla by tedy nerentabilní a navíc by se v příštím roce musela provést povinná obměna.

Žadatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.					
Přístrojové zařízení:	mamograf					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 149	4 564				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	11,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	60	40
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

