



**Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje**

**Kategorie I:**

**Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem**

<b>Žadatel</b>	1	Žadatel	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	2	IČ	00534242
	3	Zřizovatel	Moravskoslezský kraj
	4	Adresa	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
	5	Statutární zástupce	MUDr. [REDACTED]
	6	Telefon	[REDACTED]
	7	E-mail	[REDACTED]
<b>Přístroj</b>	8	Typ přístroje	MR - upgrade stávajícího přístroje Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
	9	Technická specifikace	Technická specifikace upgrade MR – samostatná příloha
	10	Výrobce	Siemens
	11	Účel provozu	Provádění výkonů pomocí diagnostické metody magnetické rezonance.
	12	Životnost	10 let



<b>Potřeba</b>	13	Využití u poskytovatele	Pro ambulantní i hospitalizované pacienty v návaznosti na uvedené obory.
	14	Návaznost na obory	chirurgie, ortopedie, gynekologie, neurologie, traumatologie, dětské oddělení, rehabilitace, interní obory
	15	Součást specializovaného centra	Iktové centrum
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	Nemocnice Podlesí, 10 km
	17	Spádová oblast, populace	Třinec a okolí 130 000 osob
<b>Náklady na provoz</b>	18	Sumární platby ZP v uplynulém roce	10 755 635,- Kč
	19	Sumární platby ZP za poslední 3 roky	30 414 137,- Kč
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	896 303,-Kč
	21	Počet výkonů/měsíc	420
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	340
	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	3 561,-
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	3 857,-



	26	Smlouvy se ZP	111, 201, 205, 207, 211, 213
Pořizovací cena	27	Nákupní cena	22 262 427,- Kč vč. DPH včetně 24 měsíční záruky
	28	Roční náklady na servis	1 681 900- Kč vč. DPH
	29	Ostatní nezbytné náklady	Náklady na energie cca 430 000,- Kč/rok
	30	Roční náklady na spotřební materiál	Náklady na kontrastní látky 600 000,-
	31	Způsob financování	Primárně z vlastních zdrojů, případně ze zdrojů zřizovatele.
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	Viz. samostatná příloha. Upgrade MR je ekonomicky nejvýhodnějším řešením.
Personální zajištění	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	3 atestovaní lékaři s letitými zkušenostmi s popisem MR  5 laborantů MR
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	ne
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	ne

