



V Praze dne 30. listopadu 2019

Č.j.: MZDR 49503/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

*Přístroj:* **KARDIOANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Jihlava / Kraj Vysočina

*Žadatel:* **Kardiocentrum Vysočina CZ, a.s.**

*Adresa:* *Nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova kardioangiografického systému z důvodu ukončení servisní podpory výrobce 13 let starého přístroje.

Kardiocentrum Vysočina CZ, a.s. je součástí Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava a jako jediné zajišťuje od roku 2007 pro Kraj Vysočina zdravotní péči v oboru intervenční kardiologie a od roku 2016 též v oboru intervenční arytologie a implantací ICD (kardioverter defibrilátoru). Výměna přístroje byla doporučena též auditem SÚJB (překročeno 10 let provozu přístroje).

Žadatel:	Kardiocentrum Vysočina CZ, a.s.					
Přístrojové zařízení:	kardioangiografický systém					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	1 468	1 615				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	12,3					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	100	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

