



V Praze dne 15. března 2020

Č.j.: MZDR 9814/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ÚNORA 2020

Přístroj: **HYPERBARICKÁ KOMORA** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Liberec / Liberecký kraj

Žadatel: **HyperO2 s.r.o.**

Adresa: Hvožd'anská 2237/7, Chodov, 148 00 Praha 4

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 18 hlasů pro odložení, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení vícemístné hyperbarické komory umožňující léčbu pomocí hyperbarické oxygenoterapie, pro chronické i akutní indikace v Libereckém kraji.

Liberecký kraj má spádovou oblast cca 450 tisíc obyvatel s mírným přesahem do sousedních krajů. V roce 2015 bylo např. podle statistiky UZIS v Libereckém kraji se zmíněnými diabetickými defekty diagnostikováno cca několik tisíc nových pacientů a několik stovek jich potom díky zmíněnému rozvoji komplikací prodělalo amputaci dolní končetiny.

Přístroj podobného typu a shodného účelu (pro hyperbarickou oxygenoterapii) je v Libereckém kraji instalován pouze jeden v Krajské nemocnici Liberec na odd. ARO, ale jedná se o jednomístnou hyperbarickou komoru využívanou jako jedinou záchranu pro akutní stavy. Tato komora umožňuje pomoc pouze pro několik desítek pacientů ročně a je nedostačující vzhledem k stovkám indikací ročně a principiálně konstrukčně nevhodná pro mnohá použití.

Nejbližšími pracovišti jsou tak pouze místa v jiných krajích, Ústí nad Labem (16míst), Kladno (12míst), Hostinné (6míst), a tedy problematicky dostupná díky jejich místnímu vyřízení a díky náročné logistice potřebných pacientů.

Přístroj by měl být umístěn v prostorách budovy Poliklinika Mazurská v Praze 8.

Členové Komise doporučili odložit konečné projednání žádosti po předložení koncepcí odborných společností, což bylo následně odhlasováno.

