

Schválil: Mgr. Michael Kuna

Monitorování projektu

1) Úprava na str. 77 Příručky pro žadatele a příjemce, verze 1.1

Závazným pokynem stanovuje povinnost příjemce předkládat potvrzení zřizovatele až při poslední monitorovací zprávě.

UPOZORNĚNÍ

*Je-li příjemce příspěvkovou organizací, která má ve správě majetek svého zřizovatele, musí nejpozději při předložení **poslední** monitorovací zprávy doložit potvrzení zřizovatele, že po dobu udržitelnosti projektu nezasáhne do výkonu práv ke spravovanému majetku pořízenému z prostředků dotace.*

2) Přílohy Monitorovací zprávy

V rámci příloh k monitorovací zprávě je příjemce nově povinen předkládat další přílohu, a to tabulku pro sledování indikátorů: „Standardy technické a přístrojové vybavenosti specializovaných pracovišť“ (viz přílohu č. 3a a 3b tohoto Závazného pokynu).

Postupy pro vyplňování tabulek „Standardy technické a přístrojové vybavenosti specializovaných pracovišť“

Kdy se tabulka předkládá

- s monitorovací zprávou
- s monitorovacím hlášením
- se zprávou o udržitelnosti

Jaké přístroje vyplňovat

- přístroje, které jsou pořízovány z projektu
- přístroje, které jsou pořízovány z vlastních zdrojů a dochází tím ke zvýšení plnění standardu

První část tabulky „Údaje z projektové žádosti“ obsahují údaje z Vaší žádosti a tato data jsou již neměnná. Konečný stav pracoviště v % je výše, kterou musíte dosáhnout ke konci projektu.

V průběhu realizace projektu i po jeho ukončení (5 let, tj. po dobu udržitelnosti) bude plnění indikátorů sledováno. Budou doplňována data do části „Skutečný stav k...“, (doplníte např. datum předkládání monitorovací zprávy nebo monitorovacího hlášení) a to jak přístroje pořízené z projektu, tak přístroje pořízené z vlastních a jiných zdrojů.

Poznámky:

Standardy přístrojového vybavení Traumatologického centra

- 1) Endoskopické vybavení a nástrojové vybavení operačního sálu

Plnění standardu za endoskopické vybavení a za nástrojové vybavení operačního sálu a následné počítání těchto přístrojů do indikátorů, bude dosaženo v případě nadpoloviční vybavenosti příslušného pracoviště těmito přístroji.

2) Počty kusů

V případě, že je u některého přístroje definován počet kusů (např. 6 ks resuscitačních lůžek) je tento přístroj započítán do plnění standardů až při dosažení daného počtu kusů. Přičemž příjemce si může pořizovat přístroje i nad tento počet kusů a to jak z vlastních zdrojů, tak z projektu, standard vybavenosti se mu však již nezvyšuje.

3) Využívání přístrojů v dětském a dospělém traumacentru

Pokud některý přístroj využíváte, jak v dětském, tak v dospělém traumacentru je nutné ho uvést do **obou tabulek** a s poznámkou, že se jedná o jeden přístroj. Toto se netýká pouze přístrojů diagnostického komponentu pro urgentní příjem (tj. multidetektorového CT, ultrazvukového přístroje, 2 ks skiagrafických přístrojů s přímou digitalizací a pojezdného RTG přístroje).

4) Dětské traumacentrum - urgentní příjem - urgentní dětská lůžka, transportní urgentní dětské lůžko

Standard za urgentní dětská lůžka je započítán v případě vybavenosti 2 lůžek, která jsou přístrojově vybavená.

Popis přístrojového vybavení transportního urgentního dětského lůžka je v řádku pod urgentními lůžky a pokud do tohoto řádku budete vyplňovat data (např. budete dokupovat ventilátory, přenosné monitory), nebudou tato data do indikátoru počítána.

5) Dětské traumacentrum - odd. ped. resuscitační a intenzivní péče - 5 lůžek resuscitačních dětských s kompletním vybavením

Standard je počítán v případě vybavenosti 5 ks lůžek.

Kompletní přístrojové vybavení je specifikováno v řádcích níže - jedná se o monitor, 3 ks infusní pumpy, ventilátor, defibrilátor a invazivní hemodynamiku (Picco). Jde opět o specifikaci „kompletního vybavení“ tj. v případě doplňování dat do těchto řádků nebude navyšováno plnění standardu.

Standardy a přístrojové vybavení komplexních onkologických center

1) Počty kusů

V případě, že je u některého přístroje definován počet kusů (např. 6 ks resuscitačních lůžek) je tento přístroj započítán do plnění standardů až při dosažení daného počtu kusů. Přičemž příjemce si může pořizovat přístroje i nad tento počet kusů a to jak z vlastních zdrojů, tak z projektu, standard vybavenosti se mu však již nezvyšuje.

2) Maximální počty

V případě, že je ve standardu stanoven maximální počet kusů pro daný přístroj (např. mammografie - maximální počet 2 ks) **není z projektu možné tyto přístroje pořizovat nad tento maximální počet**. Z vlastních zdrojů si můžete tyto přístroje pořizovat i nad stanovený maximální počet. Do standardu je přístroj započítán při vybavení jedním kusem (tj. indikátory v případě jednoho i dvou přístrojů jsou tedy ve stejné výši).