

Závazný pokyn Zprostředkujícího subjektu Ministerstva zdravotnictví IOP číslo 1

Číslo jednací: MZDR 3284/2014-1/EF
Platný pro: 18. výzvu
Platný od: *22. 1. 2014*
Určeno: Pro žadatele a příjemce o dotaci v oblasti intervence 3.2 IOP v rámci 18. výzvy
Vypracoval: Mgr. Pavel Kysilka
Schválil: PhDr. Mgr. Jan Bodnár
Podpis: *[Signature]*

Věc: Úprava příloh k PPŽP – příloha č. 1.6 Standardy vybavenosti národní sítě a příloha č. 1.7 Tabulka pro sledování indikátorů

Důvod, účel a obsah

Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění technického parametru přístroje Magnetická rezonance, který je součástí standardu vybavenosti pro dospělé TC. Síla magnetického pole je stanovena min. 1,5T a max. 3T.

Schválil PhDr. Mgr. Jan Bodnár

Úprava přílohy č. 1.6 Standardy vybavenosti národní sítě

1.1 Standardy přístrojového vybavení Traumatologického centra (pro dospělé)

Diagnostický komplement Urgentního příjmu

Původní vymezení: MR (1,5T)

Nové vymezení: MR (min. 1,5T max.3T)

Úprava přílohy č. 1.7 Tabulka pro sledování indikátorů

Standardy přístrojového vybavení Traumatologického centra (pro dospělé)

Diagnostický komplement Urgentního příjmu

Původní vymezení: MR (1,5T)

Nové vymezení: MR (min. 1,5T max.3T)